

Klarstellung zum Artikel Meier R., Panzica M. Erste Ergebnisse mit einer resorbierbaren MgYREZr-Kompressionsschraube bei der instabilen Kahnbeinfraktur zeigen eine massive Zystenbildung

Handchir Mikrochir Plast Chir 2017; 49: 37–41; DOI: 10.1055/s-0042-121416

Eine Beratung durch die zuständige Ethikkommission hat nicht stattgefunden. Entsprechend liegt kein Votum einer Ethikkommission vor. Grundlage dieser Publikation ist insofern, nach aktuellem Erkenntnisstand, eine Fallserie und nicht wie in der Publikation ausgeführt eine prospektive Studie.

Karl-Josef Prommersberger, Herausgeber
Reinhard Meier, Autor